


納入仕様書

品名 テスターコード 50/0.08

納入仕様書番号 KE 1077

作成年月日 1992年2月21日

改定年月日 2020年5月1日



極東電線株式会社

1. 改定履歴

	改定日	改 定 事 項	作成	承認
①	1992年2月21日	新設		
②	2020年5月1日	社名変更 極東電線工業株式会社 ⇒ 極東電線株式会社		
③				
④				
⑤				
⑥				

営業	製造	品保
		

KE 1077	テスターコード 50/0.08	2020年5月1日 改定 頁数 1-2
---------	-----------------	------------------------

1. 適用範囲

この仕様は、テスターコード 50/0.08 について規定する。

2. 構造

2-1 導体

電気用軟銅線を集合撚りする。

2-2 絶縁体

テスターコード用塩化ビニルコンパウンドを表 1 で指定する厚さに被覆する。
その最小厚さは 80%、色は黒、赤とする。

3. 電気特性

断面積 mm ²	導体抵抗 Ω/km以下	絶縁抵抗 MΩ·km以上 (at20°C)	試験電圧 V/分 (空中)
0.25	74.3	5	A C.1000

4. 絶縁上の表示

しない

表 1

断面積 (mm ²)	芯数	導 体		絶縁体	
		構成 本/mm	外径 mm	厚さ mm	外径 mm
0.25	1	50/0.08	0.65	1.175	3.0±0.2